

### THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị sửa chữa trang thiết bị y tế.

Bệnh viện đa khoa huyện An Lão- Thành phố Hải Phòng có nhu cầu sửa chữa tủ cao áp máy X.Quang simazu. Với những yêu cầu sau:

#### I. YÊU CẦU CHUNG:

Thiết bị đáp ứng chất lượng, kỹ thuật.

Đội ngũ sửa chữa thuộc công ty, cửa hàng phải có chuyên môn về thiết bị y tế.

Quý công ty, cửa hàng sau khi sửa chữa phải có trách nhiệm bảo hành đúng theo quy định.

#### II. THÔNG TIN MÁY LỖI NHƯ SAU :

Máy X.Quang simazu hiện tại sử dụng được 2-3 giờ đồng hồ thì tủ cao áp máy X.Quang có tiếng kêu và báo lỗi, máy ngắt sau 1 giờ đồng hồ thì hoạt động tiếp, quạt trong máy có tiếng kêu to.

#### III. DANH MỤC SỬA CHỮA TỦ CAO ÁP MÁY X.QUANG

- Board mạch tủ cao áp máy X.Quang
- Quạt tản nhiệt, quạt gió

#### IV. THÔNG SỐ KỸ THUẬT, YÊU CẦU KỸ THUẬT

- Đúng chủng loại, phù hợp với trang thiết bị

#### V. CÁC YÊU CẦU KHÁC:

Cam kết cung cấp phụ tùng/phụ kiện trong vòng 02 năm, giữ giá phụ tùng/phụ kiện trong 02 năm.

Thời gian đáp ứng để xử lý sự cố: trong vòng 48h kể từ lúc nhận thông tin từ khách hàng.

Để sửa chữa trang thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa huyện An Lão - TP.Hải Phòng kính mời các đơn vị quan tâm có khả năng cung cấp, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị gửi báo giá đến: Bệnh viện đa khoa huyện An Lão - TP.Hải Phòng, địa chỉ: Số 99 Nguyễn Văn Trỗi - Thị trấn An Lão- huyện An Lão- TP Hải Phòng (SĐT: 0225. 3911.908)

Thời gian chậm nhất là: trước 17 giờ 00 ngày 8 tháng 9 năm 2023.

Mọi chi tiết xin liên hệ hoặc gửi Email đến:

- CN Phạm Như Quỳnh: Phụ trách phòng Vật tư - Thiết bị y tế (SĐT: 0327922669, Email: phongvtyt.bval@gmail.com);

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- VT-TBYT;
- Lưu: VT, TCKT.



GIÁM ĐỐC  
Vũ Văn Vui